

三明インフォメーション

新製品情報 JIS-H8502に準拠したCAS試験用食塩水



CAS試験用食塩水の仕様

項目	仕様	
	成分(グレード)	濃度
塩化ナトリウム	特級グレード (JIS-K8150)	50g/ ± 5g/
塩化第二銅	特級試薬	0.26 ± 0.02g/
PH	酢酸(特級試薬)で調整	3.0 ~ 3.2
荷姿	20kg ポリ	
使用期限	3ヶ月(未開封)	
生産形態	受注生産	

■ 特徴

- 純水に溶解するため遊離塩素の影響を受けません。
- 塩化第二銅・酢酸は特級試薬を使用します。

その結果、再現性が良いデータが得られます。

■ お願い

- 開封後は、空気中の二酸化炭素の影響を受けてPHが変化する可能性があります。
容器の蓋は確実に締めて下さい。

