


JIS-Z2371に準拠した

塩水噴霧試験用食塩水



試験機内部

《塩水噴霧試験用食塩水の仕様》

項 目	仕 様
塩化ナトリウム	特級グレード(JIS-K8150)
濃 度	50g/ℓ±5g/ℓ
PH	6.5～7.0
荷 姿	20kg ポリ
使用期限	3ヵ月(未開封)
生産形態	受注生産

【特徴】

1. 純水に溶解するため遊離塩素の影響を受けません。
2. ミネラル分の少ない精製塩を使用します。

その結果、再現性が良いデータが得られます。

【お願い】

- ・開封後は、空気中の二酸化炭素の影響を受けてPHが変化する可能性があります。容器の蓋は確実に締めて下さい。



三明化成株式会社

三明化成株式会社 お問い合わせ先
〒210-0854

川崎営業所
神奈川県川崎市川崎区浅野町3-6 TEL044-333-3031 FAX 044-366-1271